

multiBic®
kaliumfri
hæmofiltreringsvæske, opløsning

DK

Indlægsseddel
Information til brugeren

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden De begynder at bruge medicinen

– Gern indlægssedlen. De kan få brug for at læse den igen.

– Spørg lægen eller på apoteket, hvis der er mere, De vil vide.

– Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning bliver værre, eller De får bivirkninger, som ikke er nævnt her.

Oversigt over indlægssedlen:					
1. Virkning og anvendelse	2. Det skal De vide, før De begynder at bruge multiBic®	3. Sådan skal De bruge multiBic®	4. Bivirkninger	5. Opbevaring	6. Yderligere oplysninger




1. VIRKNING OG ANVENDELSE
multiBic® kaliumfri er en hæmofiltreringsvæske.
Patienter med akut nyrsvigt kan have brug for kontinuierlig hæmofiltreringsbehandling til at fjerne kroppens affaldsprodukter, som normalt udskilles af nyrene via urinen og til at genoprette salt- og væskebalancen i kroppen.
Væskan (ultrafiltrat), der består af vand, affaldsstoffer og salte, fjernes fra blodet og erstattes af hæmofiltreringsvæske. Hæmofiltreringsvæske indeholder vand, diverse salte og sukker som erstatning for det vand, sukker og salte, der fjernes med ultrafiltratet og af kroppens kroppens vand- og saltbalance.
Afhængig af kaliumkoncentrationen i Deres blod vil lægen ordinere en hæmofiltreringsvæske med en passende kaliumkoncentration, og lægen vil med jævne mellemrum kontrollere kaliumindholdet. Hæmofiltreringsbehandling anvendes til patienter med akut nyrsvigt i en begrænset periode, indtil den fulde nyrefunktion er genvundet.

2. DET SKAL DE VIDE, FØR DE BEGYNDER AT BRUGE multiBic®
Brug ikke multiBic® kaliumfri:
– hvis kaliumkoncentrationen i Deres blod er meget lav (hypokalæmi).
– hvis De har metabolsk alkalose, der er en betyngelse for en bestemt tilstand, som kan forekomme, når Deres normale stofskifte forstyrres.
– hvis hæmofiltreringsbehandling ikke er hensigtsmæssig i Deres tilfælde, fordi De har et forhøjet proteinstofskifte (hyperkatabolisme), fordi der ikke kan opnås tilstrækkelig stor blodgennemstrømning gennem hæmofiltreret eller fordi der er risiko for ledning på grund af medicin, der skal forhindre, at blodet klumper i hæmofiltreret.
Vær ekstra forsigtig med at bruge multiBic® kaliumfri:
– Kaliumkoncentrationen i Deres blod skal måles med jævne mellemrum både før og under hæmofiltreringsbehandlingen.
– Hvis kaliumkoncentrationen i Deres blod er lav (hypokalæmi) eller faldende, kan det være nødvendigt at anvende supplerende kalium og/eller skifte til en hæmofiltreringsvæske med et højere kaliumindhold.
– Hvis kaliumkoncentrationen i Deres blod er høj (hyperkalæmi) eller stigende, kan det være nødvendigt at øge filtrationshastigheden (for at fjerne mere kalium fra kroppen).
– Derudover vil Deres læge overvåge og måle koncentrationen af natrium, calcium, magnesium og fosfat i kroppen samt overvåge Deres syre-basebalance, ureinstof- og kreatininiveauet, blodsukkeriveauet og Deres vægt før og under hæmofiltreringsbehandlingen. Lægen vil også kontrollere Deres væskebalance for at sikre, at De ikke er dehydreret (for meget overdehydreret (åndenød, hævede ankler osv.).
– Posen med hæmofiltreringsopløsning skal efteres omhyggeligt før brug for at sikre, at væsken er klar og farveløs, og at posen på alle måder er ubeskadiget.
– Inden infusion skal hæmofiltreringsopløsningen opvarmes til kropstemperatur (Deres læge vil sørge for, at et godkendt apparat anvendes til formålet). Væsken må under ingen omstændigheder anvendes, hvis den er under stuetemperatur. Der må ikke anvendes mikrovov til opvarmning af multiBic® kaliumfri på grund af risikoen for lokal overophedning.
– Stængene til multiBic® brugsposer undersøger hver 30. minut, hvis der observeres bundfald i stængene, skal posen og stængens straks udskiftes og patienten skal overvåges tæt.

– multiBic® må ikke anvendes, før opløsningerne i posen to kamre er blandet. **Graviditet og amning**
Hvis De er gravid, tror De er gravid eller hvis De ammer, må De ikke behandles med hæmofiltreringsvæske, medmindre De har aftalt det med lægen.
Spørg Deres læge eller apoteket til råds, før De bruger nogen form for medicin.
Brug af anden medicin
Nået overvågning af filtrationshastigheden og korrekt dosering af hæmofiltreringsvæsken samt tæt overvågning af saltindholdet i Deres blod, blodtryk og puls kan medvirke til at forhindre interaktion med andre lægemidler. Derfor skal De fortælle Deres læge om al den medicin, De tager, herunder også medicin, som ikke er købt på recept.
Deres læge skal sørge for alle elektrolyttilførsler (De måtte tage eller alle de infusioner De får, herunder også infusioner med næringstoffer (mad) til kroppen (parenteral ernæring). Lægen vil medinddrage disse oplysninger, når han/hun ordinerer multiBic® kaliumfri til hæmofiltreringsbehandling.
Lægen skal have kendskab til al den medicin, De måtte tage. Lægen vil ændre doseringen af visse typer af medicin, som fjernes fra kroppen under hæmofiltreringsbehandling.
Hvis De tager digoxin, vil Deres læge være klar over, at korrektion af saltbalancen kan sløre symptomer på digoxins bivirkninger, bl.a. unormal hjertetyrme (hjerterytmi).

3. SÅDAN SKAL DE BRUGE multiBic®
Hæmofiltrering og administration af hæmofiltreringsvæske udføres hos patienter med akut nyrsvigt. Denne type behandling skal ordineres og ledes af en læge, der har erfaring med behandling af denne type patienter.
Ved akut nyrsvigt udføres behandlingen i en begrænset periode og ophører, når den fulde nyrefunktion er genvundet.
multiBic® kaliumfri må kun anvendes til voksne. multiBic® kaliumfri anbefales ikke til børn, da der ikke er nogen erfaring med behandling af denne aldersgruppe.
multiBic® kaliumfri er udelukkende til intravenøs infusion og må ikke anvendes på anden vis.
Med udgangspunkt i Deres helbredsæssige tilstand, kropsvægt og mængden af affaldsstoffer, der skal fjernes, vil Deres læge beslutte, hvor meget væske, der skal udskiftes under hæmofiltreringsbehandlingen. Normalt vil en filtreringshastighed på 800-1400 ml/tine være passende til voksne. Filtrationshastigheden må ikke overstige 75 liter pr. dag.
Brugsanvisning
1. Fjernelse af beskyttelsesposen og omhyggelig kontrol af posen med hæmofiltreringsvæske
Beskyttelsesposen må først fjernes umiddelbart før opløsningen skal anvendes. Den ydre folie kan ti flere blive beskadiget under transport eller opbevaring. Dette kan resultere i kontaminering og vækst af mikroorganismer i hæmofiltreringsvæske.

Derfor skal alle poser undersæges nøje for skader, før posen tilsættes og før anvendelse af hæmofiltreringsvæskan. Man skal sørge for opmærksom på enhver skade, hvor lille den end er, på posens lukkemekanisme og stiplede posesam og -hjørner på grund af faren for kontaminering.
Opløsningen må kun anvendes, hvis den er klar og farveløs og hvis posen og koblinger er intakte og ubeskadigede.
Ved enhver hvis skal den behandelende læge afgøre, hvorvidt hæmofiltreringsvæskan kan anvendes eller ej.
2. Blanding af de to væskekamre.
To kammerposen skal blandes umiddelbart før anvendelse, hvorved den brugstærdige væske fremkommer.



Efter blanding af væsken fra de to kamre skal det kontrolleres, at den stiplede posesam er helt åben, at væsken er klar og farveløs og at posen ikke lækker.
3. Brugstærdig opløsning
Efter anvisning af lægen kan hæmofiltreringsopløsningen tilsættes lægemidler.
Enhver tilsætning til hæmofiltreringsvæsken må først ske efter at sammen mellem de to kamre er helt åben og de to opløsninger er omhyggeligt blandet. Enhver tilsætning af et lægemiddel må kun ske efter lægens anvisning og der skal udvises forsigtighed for ikke at kontaminere indholdet i posen. Efter en sådan tilsætning skal hæmofiltreringsvæsken igen blandes omhyggeligt inden infusionen påbegyndes. Poserne skal mærkes med oplysning om lægemidlets navn og mængden af det tilsatte lægemiddel samt klokkeslet og dato.
Den brugstærdige opløsning skal anvendes straks, og hvis dette ikke er muligt inden for 48 timer efter blanding.

Den brugstærdige blanding skal opvarmes til kropstemperatur (36,5°C-38,0°C) umiddelbart inden infusion. Den præcise temperatur bestemmes af lægen og afhænger af det kliniske behov. Der må kun anvendes godkendt udstyr til opvarmning af hæmofiltreringsvæske. Det anbefales at anvende et godkendt apparat, der er specielt beregnet til hæmofiltreringsbehandling og som også opvarmer hæmofiltreringsopløsningen inden infusion. Der må ikke anvendes mikrovov til opvarmning af hæmofiltreringsopløsningen på grund af faren for lokal overophedning.
Hæmofiltreringsopløsning er til engangsbrug.
Delvist brugte eller beskadigede poser skal kasseres.

Hvis De har brugt for meget multiBic®
Væskebalancen, dvs. væskeind- og udøb under hæmofiltrering, skal fastsættes præcist og overvåges nøje for at forhindre overhydrering eller væskeoverskud med symptomer som f.eks. åndenød og/eller hævede ben og ankler eller dehydrering, der skyldes underhydrering med deraf følgende svimmelhed, muskelkramper og tørst. Hvis nogle af disse symptomer på enten overhydrering eller dehydrering forekommer, skal De straks fortælle det til lægen eller til den sygeplejerske, der liser Dem. I disse tilfælde kan Ders hjertefrekvens øges og blodtrykket ændres. Deres læge vil tilpasse filtrationshastigheden og dermed justere den mængde væske, der skal fjernes eller indgives. Ved overhydrering skal ultrafiltrationen øges og hæmofiltrationshastigheden og mængden af tilført væske nedsættes. Ved utilst dehydrering kan det være nødvendigt at nedsætte eller afbryde ultrafiltrationen og mængden af tilført hæmofiltreringsvæske øges til et passende niveau.
Overbehandling kan også føre til forstyrrelser i salt- og syre-basebalancen. Der kan forekomme muskelkramper.

4. BIVIRKNINGER
multiBic® kaliumfri kan, som al anden medicin, give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.
Bivirkninger såsom kvalme, opkastning, muskelkramper, for lavt og for højt blodtryk kan enten opstå som et resultat af hæmofiltreringsteknikken eller udløses af selve hæmofiltreringsvæsken.
Bivirkninger som udløses af selve hæmofiltreringsvæsken kan være: overhydrering (f.eks. åndenød og/eller hævede ben og ankler), dehydrering (f.eks. svimmelhed, muskelkramper, tørst, elektrolytsaltubalance som kan medføre nedsat kalium- eller phosphorkoncentration i blodet, høj blodsukerkoncentration (hyperglycæmi) og en tilstand, der kaldes metabolsk alkalose og som skyldes forstyrrelser i stofskiftet.
Til med lægen eller sygeplejersken, hvis en bivirkning er generende eller bliver værre eller De får bivirkninger, som ikke er nævnt her.
Bivirkningerne kan dermed blive indberettet til Lægemiddelstyrelsen, og viden om bivirkninger kan blive bedre.
Patienter eller pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen.

De finder skema og vejledning under Bivirkninger på Lægemiddelstyrelsens netsted www.lægemiddelstyrelsen.dk.

5. OPBEVARING
Opbevares ualgengældigt for børn.
Må ikke opbevares under 4°C.
Anvend ikke multiBic® kaliumfri efter udløbsdatoen, der er trykt på posen.
Anvend ikke multiBic® kaliumfri, medmindre væsken er klar og farveløs og posen er intakt.
Den brugstærdige væske skal anvendes straks, må ikke opbevares ved over 25°C og skal anvendes inden for 48 timer efter blanding.
Hæmofiltreringsvæskan er til engangsbrug; enhver ubrukt rest skal kasseres.

6. YDERLIGERE OPPLYSNINGER
multiBic® kaliumfri indeholder:
– De aktive stoffer er natriumchlorid, natriumhydrogencarbonat, calciumchloriddihydrat, magnesiumchloridhexahydrat og glucose (som monohydrat).
multiBic® kaliumfri leveres i en to-kammerpose. Det store kammer indeholder den basiske væske (natrium 147,37 mmol/l, hydrogencarbonat 36,95 mmol/l, chlorid 110,42 mmol/l). Det lille kammer indeholder sur glucosebaseret elektrolytoppløsning (calcium 30 mmol/l, magnesium 10 mmol/l, chlorid 82 mmol/l, glucose 111 mmol/l). Den brugstærdige opløsning fremkommer ved at midesammen mellem de to kamre brydes, og væske i de to kamre blandes.
1000 ml brugstærdig multiBic® kaliumfri væske indeholder: natriumchlorid 6.136 g, natriumhydrogencarbonat 2.940 g, calciumchloriddihydrat 0.2205 g, magnesiumchloridhexahydrat 0.1017 g og glucose, vandfri 1,0 g svarende til elektrolytindhold: natrium 140 mmol/l, calcium 1,5 mmol/l, magnesium 0,50 mmol/l, chlorid 109 mmol/l, hydrogencarbonat 35 mmol/l, glucose 5,55 mmol/l.
– De øvrige indholdsstoffer er vand til injektionsvæsker, saltsyre (25%) og kuldiioxid.
Den teoretiske osmolaritet er 292 mosm/L og pH = 7,2.

Pakningsstørrelse
multiBic® kaliumfri leveres i pakker med 2 poser à 5000 ml.

Indehaver af markedsføringstilladelsen
Fresenius Medical Care Deutschland GmbH, 61346 Bad Homburg v.d.H., Tyskland

Fremstiller
Fresenius Medical Care Deutschland GmbH, Frankfurter Strasse 6-8, 66606 St. Wendel, Tyskland
Dansk repræsentant
Fresenius Medical Care Danmark A/S
Østnburg Alle 1
2630 Tårstrup

Den nyeste indlægsseddel kan findes på www.indlaegsseddel.dk

Denne indlægsseddel blev senest opdateret april 2012



multiBic®
kaliumfri
hemofiltreringsvæske

N

Pakningsvedlegg

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet.

– Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.

– Hvis du har ytterligere spørsmål, kontakt lege eller apotek

– Dette legemidlet er skrevet ut til deg personlig og skal ikke gis videre til andre. Det kan skade dem, selv om de har symptomer som ligner dine.

– Hvis du får alvorlige bivirkninger eller du registrerer bivirkninger som ikke er listet opp her i dette vedlegget, kontakt lege.

multiBic® kaliumfri, hemofiltreringsvæske
– De aktive substansene er natriumchlorid, natriumhydrogencarbonat, kalsiumkloriddihydrat, magnesiumkloridhexahydrat, glukose (som monohydrat).

multiBic® kaliumfri kommer i en to-kammerpose. Ett kammer (stort kammer) inneholder den alkaliske hydrogencarbonatvæsken (natrium 147,37 mmol/l, hydrogencarbonat 36,95 mmol/l, klorid 110,42 mmol/l), det andre kammeret (lille kammer) inneholder den sure glukosobaserede elektrolytvæsken (kalium 30 mmol/l, magnesium 10 mmol/l, klorid 82 mmol/l og glukose 111 mmol/l). Blanding av de to væskene ved å åpne midtsømmen mellom de to kamrene resulterer i en brukstærdig væske.

1000 ml multiBic® kaliumfri bruksferdig væske inneholder natrium-klorid 6.136 g, natriumhydrogencarbonat 2.940 g, kalsiumklorid-dihydrat 0.2205 g, magnesiumkloridhexahydrat 0.1017 g, og glukosemonohydrat tilsvarende vannfri glukose 1.000 g ekvivalent til et elektrolyttinnhold: Na⁺ 140 mmol/l, Ca²⁺ 1,5 mmol/l, Mg²⁺ 0,50 mmol/l, Cl⁻ 109 mmol/l, HCO₃⁻ 35 mmol/l og glukose 5,55 mmol/l.
– De andre ingrediensene er vann til injeksjonsvæsker, saltsyre (25%), karbondioksid.
– Teoretisk osmolaritet: 292 mosm/l
pH ≈ 7,2
multiBic® kaliumfri kommer i pakninger på 2 poser som hver inneholder 5000 ml (kartong)

Innehaver av markedsføringstillatelse:
Fresenius Medical Care Deutschland GmbH, 61346 Bad Homburg v.d.H.
Tilvirker:
Fresenius Medical Care Deutschland GmbH, Frankfurter Strasse 6–8, 66606 St. Wendel



I dette pakningsvedlegget:					
1. Hva multiBic® kaliumfri er og hva det brukes til	2. Hva du må ta hensyn til før du bruker multiBic® kaliumfri	3. Hvordan bruker du multiBic® kaliumfri	4. Mulige bivirkninger	5. Oppbevaring av multiBic® kaliumfri	6. Ytterligere informasjon

1. HVA multiBic® kaliumfri ER OG HVA DET BRUKES TIL
Dette legemidlet er væske til hemofiltrering.
multiBic® kaliumfri er til bruk for pasienter med akut nyrsvikt av enhver opprinnelse som krever kontinuierlig hemofiltrasjon.

2. HVA DU MÅ TA HENSYN TIL FØR DU BRUKER multiBic® kaliumfri
Bruk ikke multiBic® kaliumfri:
– hvis kaliumverdien din er veldig lav
– hvis du har en tilstand som kalles metabolsk alkalose og som oppstår ved metabolskeforstyrrelser
– hvis hemofiltrasjon er føll behandling for deg enten på grunn av økt proteinomsättning (katabolisme), eller at det er umulig å oppnå tilstrekkelig blodgennemstrømning i faste eller kateterforang, eller på grunn av stor blødningsrisiko relatert til blodfortynnende legemidler.




Vær spesielt forsiktig med multiBic® kaliumfri:
Kaliumkonsentrasjonen i serum må kontrolleres regelmessig før og under hemofiltrasjon. Pasientens kaliumstatus og dens trend under hemofiltrasjonen må tas hensyn til. Dersom det er påvist hypokalæmi eller det er tendens til det, kan det bli nødvendig med tilførsel av kalium og/eller bytte til en substitusjonsvæske med høyere kaliumkonsentrasjon. Dersom det er tegn på utvikling av hyperkalæmi, kan en økning av filtrasjons-hastigheten være påkrevd i tillegg til vanlige intensivmedisinske tiltak.
I tillegg må følgende parametre monitoreres før og under hemofiltrasjon: Serumnatrium, -kalium, -magnesium, -fosfat, blod sukker, syre-base-status, urea- og kreatininivå, kroppsvækt og væskebalanse (for tidligst mulig å kunne oppdatere over- og dehydrering).
Før bruk må væskeposen inspiseres nøye.

Hæmofiltreringsvæsken bør varmes til tilnærmet kroppstemperatur med egnet utstyr før infusjon og må under ingen omstendigheter infunderes under romtemperatur.
Mikrobeltepinner skal ikke brukes til å varme multiBic kaliumfri på grunn av risiko for lokal overoppheting.
Tubestangene som brukes for å anvende multiBic væsken skal inspiseres hvert 30. minutt. Dersom utførelsen oppdages inni disse tubestangene, skal posen og tubestangene erstattes umiddelbart og pasienten overvåkes nøye.
Må ikke brukes før de to væskene er blandet.

Graviditet og amning
Så langt er ingen klinisk erfaring tilgjengelig. Den bikarbonatbufrede substitusjonsvæsken må kun brukes etter nøye vurdering av potensielle fordeler og ulemper for mor og barn.
Bilkjøring og bruk av maskiner:
Ikke relevant.

Bruk av andre legemidler sammen med multiBic® kaliumfri:
Korrekt dosering av substitusjonsvæsken og nøye monitorering av klinisk-kjemiske parametre og vitale tegn vil hindre interaksjoner med andre legemidler. Følgende interaksjoner er mulige:
• Elektrolytsubstitusjoner, parenteral ernæring og andre infusjoner vanligvis gitt i intensivmedisin, interagerer med serum sammensetningen og pasientens væskestatus. Dette må tas i betraktning når man forordner hemofiltrasjonsbehandling.
• Hemofiltrasjonsbehandling kan redusere legemidlers blodkonsentrasjon, særlig for legemidler med lav proteinbindingskapasitet, med lite distribusjonsvolum, med en molekylærvekt under hemofiltrerets cut-off og for legemidler som adsorberes av hemofiltreret. En passende endring av dosen for slike legemidler kan bli nødvendig.
• Toksik effekt av digitalis kan bli maskert av hyperkalæmi, hypermagnesiemi og hypokalæmi. Korreksjonen av disse elektrolyttene ved hemofiltrasjon kan fremskynde tegn og symptomer på digitalisintoks, for eksempel kardial arytmi.

3. HVORDAN DU BRUKER multiBic® kaliumfri
Hemofiltrasjon til pasienter med akut nyrsvikt inkludert forordning av substitusjonsvæsker bør være under ledelse av en lege med erfaring med denne behandlingen.
Behandling av akut nyrsvikt udføres i en begrenset periode og avsluttes når nyrefunktionen er helt restituet.
multiBic® kaliumfri skal kun brukes til intravenøs infusjon.
Sett den ferdigblandede væsken inn i den ekstrakorporeale kretsen ved hjelp av en doseringspumpe.
Når blodserum filtreres ved hemofiltrasjon, må det filtrerte volum, minus den nødvendige ultrafiltrasjonsmængden, erstattes i form av hemofiltreringsvæske.
Filtrationshastigheten forordnes af behandelende lege avhengig av den kliniske status og pasientens kroppsvækt. Dersom inntet annet forordnes, er en total filtrasjons-hastighet på 800 til 1400 ml/t passende hos voksne for å fjerne metabolske avfallsprodukter relatert til pasientens metabolske status. En maksimal filtrasjons-hastighet på 75 l pr. dag anbefales.
Det er ingen klinisk erfaring om bruk eller dosering av dette produktet til barn.



Brukerveiledning
Hæmofiltreringsvæsken bør administreres i følgende trinn:
1. Fjerning av filterposen og nøye inspeksjon av hemofiltreringsposen.
Filterposen fjernes først umiddelbart før bruk.
Plastbeholdere kan av og til bli skadet under transport fra produsent til sykehus eller innen sykehuset. Dette kan føre til kontaminasjon og vekst av mikrober eller sopp i hemofiltreringsvæsken. Det er derfor nødvendig med nøye visuell inspeksjon av posen før tilknytning og bruk.
Særlig oppmerksomhet må gis til den minste skade på lukning, sveise-sømmer og hjørnene på posen med tanke på mulig kontaminasjon. Væsken skal kun brukes dersom den er klar og fargeløs og dersom pakning og koblinger er uskadet og intakt.
I tvilstilfeller bør behandelende lege avgjøre om hemofiltreringsvæsken kan brukes.
2. Blanding av de to kamrene
Tokammerposen – bikarbonat- og elektrolytt/glukoseden blandes for å få en bruksferdig væske.
Efter blanding av begge kamrene, må det kontrolleres om sammen mellom kamrene er fullstendig åpnet, at væsken er klar og uten farge og at tokammerposen ikke lekker.
3. Bruksferdig væske
Tilsetning i substitusjonsvæsken bør kun gjøres etter at substitusjonsvæsken er blitt godt blandet. Etter en slik tilsetning, må væsken igjen blandes nøye før infusjonen startes.
Der brukstærdige væsken bør brukes umiddelbart, men innen maksimalt 48 timer etter blanding.
Dersom inntet annet er forordnet, skal den bruksferdige substitusjonsvæsken varmes opp til 36,5 °C–38,0 °C før infusjon. Den eksakte temperatur må velges ut fra kliniske behov og teknisk utstyr som brukes.
Hæmofiltreringsvæsken er til engangsbruk.
Delvis brukte og skadede poser skal kastes.

Dersom du tar for mye av multiBic®:
Efter blanding kan bruk av væsken stoppes når det skal være. Dersom væskebalansen ikke beregnes nøyaktig, kan overhydrering eller deraf følgende dehydrering forekomme, med forventede sirkulatoriske reaksjoner. Disse kan vise seg i form av endringer i blodtrykk, sentralt venetrykk, puls og pulmonært arteretrykk. Overhydrering kan medføre kongestiv hjertesvikt og/eller pulmonær overbelastning.
Ved overhydrering må ultrafiltrasjonen økes og mængden substitusjonsvæske reduseres. I tilfelle av markert dehydrering må ultrafiltrasjonen reduseres eller stoppes, og mængden substitusjonsvæske økes etter behov.
Overbehandling kan føre til forstyrrelser i elektrolyttkonsentrasjonen og syre-basebalansen, for eksempel kan en overdosering av bikarbonat forekomme ved bruk av urforholdsmessig store volum substitusjonsvæske. Dette kan muligens føre til metabolsk alkalose, senkning av ionisert kalium eller kramper.

4. MULIGE BIVIRKNINGER
Som med alle legemidler, kan multiBic® kaliumfri ha bivirkninger. Bivirkninger som kvalme, oppkast, muskelkramper, hypotensjon og hypertensjon, kan være et resultat av behandlingsformen i seg selv eller bli induert av substitusjonsvæsken.
Generelt er toleransen for bikarbonatbufret hemofiltreringsvæske god. Imidlertid kan følgende potensielle bivirkninger fra behandlingen forventes:
Over- eller dehydrering, elektrolyttforstyrrelser (f.eks. hypokalæmi), hypofosfatemi, hyperglykæmi og metabolsk alkalose.

5. OPPBEVARING AV multiBic® kaliumfri
Skal ikke opbevares under +4 °C.
Må ikke brukes etter holdbarhetsdatoen som er oppgitt på posen.
Væsken skal ikke brukes hvis den er uklar eller hvis plastposen er skadet. Den klargjorte væske må brukes umiddelbart innen 48 timer etter at den er blandet, og skal ikke opbevares høyere enn +25 °C.
Overflødig væske kastes!

6. YTTERLIGERE INFORMASJON
For ytterligere informasjon om dette legemidlet bes henvendelser rettes til den lokale representant for innehaveren av markedsføringstillatelsen: Wingmed AS
Postboks 374, Høvik
1323 Høvik
Dette pakningsvedlegget ble sist godkjent: april 2012